



## 식품의약품안전처

보다 나은 정부

수신 수신자 참조  
(경유)

제목 의료기기 안전성 정보 알림[미늘봉합사]

1. 의료기기 안전 사용과 관련됩니다.

2. 캐나다 연방보건부는 복부 및 골반 수술에서 사용하는 미늘봉합사(barbed sutures)가 소장에 걸려 폐색 등을 초래할 수 있어 환자·의료인을 위한 권고사항을 발표('18.5.31)하였습니다.

\* 정보출처 : <http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66930a-eng.php>

3. 이에 우리 처에서는 미늘봉합사 안전사용을 위한 권고사항을 아래와 같이 안내하오니  
귀 부(기관, 단체)에서는 동 정보를 업무에 참고하시고, 관계기관 및 관계자에게  
적극 알려 부작용 발생을 예방할 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러, 의료기기 부작용 등 이상사례를 인지하는 경우에는 우리 처 홈페이지  
(<https://emed.mfds.go.kr> → 보고마당 → 이상사례 보고) 또는 유선(의료기기안전평가과  
043-719-5007, 5015)으로 알리도록 안내 등 협조하여 주시기 바랍니다.

- 붙임 1. 미늘봉합사 해외 안전성 정보 및 권고사항 1부.  
2. 캐나다 연방보건부의 안전성 정보(원문) 1부. 끝.



### 식품의약품안전처장



수신자 보건복지부장관(보건의료정책과장), 보건복지부장관(의료기기안전평과), 보건복지부장관(의료기관정책과장),  
대한병원협회장, 대한의사협회장, 대한간호협회장, 대한내시경복강경외과학회장, 의료기관  
평가인증원장, 의료기기안전성정보모니터링센터장, 한국의료기기산업협회장, 한국의료기기공업협동조합이  
사장, 의료기기정보기술지원센터장

연구원 김연지 주무관 석현빛 사무관 김현호 의료기기안전 전결 2018. 6. 4.  
평과과장 유희상

협조자

시행 의료기기안전평가과-4639 (2018. 6. 4.) 접수

우 28159 충북 청주시 흥덕구 오송읍오송생명2로 187, 의료기기안전평 / [www.mfds.go.kr](http://www.mfds.go.kr)

전화번호 043-719-5014 팩스번호 043-719-5000 / [sayyeon@korea.kr](mailto:sayyeon@korea.kr) / 부분공개(5)

일자리가 성장이고 복지입니다.