



## 대구지방식품의약품안전청

수신 수신자 참조

(경유)

제목 의료기기 사용중지 협조요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 의료기기 제조업체 '(주)신창메디칼'이 제조한 아래 의료기기에 대하여 전량 회수 및 판매중지를 명하고, 의료기관에 사용중지 요청하였음을 알려 드리니,
3. 귀 기관에서는 소속 회원사 등이 아래 제품 정보를 참고하여 해당 제품에 대한 사용을 즉시 중지하고, 제조업체나 판매업체로 하여금 회수될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

### 대상 제품 정보

| 업종 | 업체명<br>(업허가번호)      | 품목명<br>(품목허가/모델명)                       | 제조번호<br>(제조일자)       | 판매중지 및 회수사유 |
|----|---------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------|
| 제조 | (주)신창메디칼<br>(제719호) | 주사기<br>(제인99-97호/<br>PROFI SYRINGE 5mL) | SP4535<br>(‘17.4.7.) | - 이를 신고     |

붙임 : 사용중지 대상제품 1부. 끝.



## 대구지방식품의약품안전



수신자 대한병원협회장, 대한의사협회장, 대한의원협회장, 한국의료기기협회장, (사)대한의료기기판매협회, 대한치과의사협회, 의료기기공업협동조합

주무관 이종철 주무관 대결 2018. 1. 5. 의료제품안전 전결  
안두용 과장

협조자


시행 의료제품안전과-243 (2018. 1. 5.) 접수

우 42612 대구광역시 달서구 성서로 405, (이곡동, 대구지방식품의약품안전청) 의료제품안전과 / <http://www.mfds.go.kr>

전화번호 053-589-2755 팩스번호 053-592-2711 / Leejc7@korea.kr / 대국민 공개

일자리가 성장이고 복지입니다.

<붙임> 사용중지 대상제품(사진)

| 제품정보                                                                                                                                                                                     | 제품 사진                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품명(모델명):<br/>주사기(PROFI SYRINGE 5mL)</li> <li>• 제조업체(소재지):<br/>(주)신창메디칼(경북 구미시)</li> <li>• 제조일자: 2017년 4월 7일</li> <li>• 제조번호: SP4535</li> </ul> |  |