



## 대구지방식품의약품안전청

수신 수신자 참조

(경유)

제목 의료기기 사용중지 협조요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 의료기기 제조업체 '(주)에스비디메디칼'이 제조한 아래 의료기기에 대하여 전량 회수 및 판매중지를 명하고, 의료기관에 사용중지 요청 드리니,
3. 귀 기관에서는 소속 회원사 등이 다음의 제품 정보를 참고하여 해당 제품에 대한 사용을 즉시 중지하고, 제조업체나 판매업체로 하여금 회수될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.


### ○ 대상 제품 정보

업종	업체명 (업허가번호)	품목명 (품목허가/모델명)	제조번호 (제조일자)	판매중지 및 회수사유
제조	(주)에스비디메디칼 (제4036호)	수액세트 (제인14-1850호 / AN115)	2710312 (17.10.31.)	- 이물 신고

끝.



## 대구지방식품의약품안전



수신자 대한병원협회장, 대한의사협회장, 대한의원협회장, 한국의료기기협회장, (사)대한의료기기판매협회, 대한치과의사협회, 의료기기공업협동조합

주무관 이종철 의료제품안전 전결 2018. 3. 14.  
과 과장 이재근

협조자

시행 의료제품안전과-2834 (2018. 3. 14.) 접수

우 42612 대구광역시 달서구 성서로 405, (이곡동, 대구지방식품의약품안전청) 의료제품안전과 / <http://www.mfds.go.kr>

전화번호 053-589-2755 팩스번호 053-592-2711 / Leejc7@korea.kr / 대국민 공개

일자리가 성장이고 복지입니다.