대한의사협회
KOREAN MEDICAL ASSOCIATION
"국민을 위한 바른 의료, 대한의사협회가 함께 합니다"

우: 04427 서울특별시 용산구 이촌로46길 37[http://www.kma.org]/전화(02)6350-6536 전송(02)793-8702
의무법제국장 곽석철(6573)/ 의무팀장 박일현(6540)/ 팀원 조시형(6536)/ E-mail: kmamedi@naver.com

문서번호 대의협 제0626-06989호

시행일자 2025. 9. 25.

수 신 수신처 참조

참 조

제 목 품질부적합 의료기기 시정조치 종료 통보 및 판매중지 명령 해제 알림_(주)상아프론테크(경인지방식품의약품안전청)

1. 귀회의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련 근거 : 경인지방식품의약품안전청 의료제품안전과-16079(2025. 9. 16.)

3. 상기 호에 의거하여, 경인지방식품의약품안전청에서 판매중지 등 명령한 다음의 의료기기에 대하여 시정조치 종료 및 판매중지 명령 해제를 우리 협회에 알려온 바, 이를 전달드리오니 귀회 소속 산하단체 및 회원에게 널리 안내하여 주기 바랍니다.

○ 업체명(업종, 허가번호) : (주)상아프론테크(제조, 제3875호)
○ 품목명(인증번호) : 점착성투명창상피복재(수인17-4223호)
○ 시정·예방조치 통보 및 판매중지 명령
- 일자 : 2025. 9. 10.(수)
- 사유 : 수거·검사 부적합(실리콘기름의 양)
○ 시정조치 종료 및 판매중지 명령 해제
- 일자 : 2025. 9. 16.(수)
- 사유 : 부적합 원인 분석 후 시정조치 완료
* 단, 회수의 경우, 범위 선정하여 진행 중임.

※ 붙 임 : 경인지방식품의약품안전청 관련 공문 1부. 끝.

대 한 의 사 협 회 장

"국민의 건강과 행복, 의협이 함께 합니다"

수신처 : 각시도의사회장, 대한의학회장(26개 전문과목학회장), 대한개원의협의회장(각과개원의협의회장), 대한병원의사협의회장, 대한전공의협의회장, 대한공중보건의사협의회장, 한국여자의사회장, 대한병원장협의회장